

Утверждаю:
и.о. главный врач

КГИ «Костанайская районная больница»
Мещанов С.Т.



Техническая спецификация

Морозильная камера – объем не менее 200 литров (**требуемое количество – 2 штуки**)
Тип шкафа – вертикальный.
Температура в морозильной камере – не более °С -40...-20°С.(возможность регулировки)
Производительность Охлаждения - 40°С.
Наличие термокарты – да.
Номинальная потребляемая мощность, Вт ≈ 250.
Напряжение, В ≈ 220.
Многопроцессорный контроль, цифровой дисплей для отображения температуры
Контроллер с сигналом о повышенной или сниженной температуре
Дверь – одна.
Гарантийный срок сервисного не менее 37 месяцев с даты ввода в эксплуатацию
Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) - DDP
пункт назначения